



Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las diez horas del día dos de junio del año dos mil veintiuno, se encuentran reunidos en el Aula de Usos Múltiples de Servicios de Salud de Morelos, ubicada en Callejón Borda No. 3, Col. Centro, C.P. 62000, de la Ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, los siguientes Servidores Públicos, de acuerdo al artículo 32 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos:

Table with 2 columns: CARGO and NOMBRE. Lists representatives from various departments including Recursos Materiales, Adquisiciones, and Atención Médica.

Y los representantes de las siguientes:

Table with 2 columns: EMPRESAS and REPRESENTANTES. Lists companies like Biodist, S.A. de C.V. and Terumo BCT México, S.A. de C.V. along with their representatives.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

En este acto y de conformidad con lo señalado por los numerales 6., 6.1., 20., 20.1., 20.2 y 20.3 de las Bases de la presente licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 39 fracción IV y artículo 40 fracción III de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como por el artículo 33 de su Reglamento, se procede a la lectura de las preguntas y respuestas de los cuestionamientos que fueron recibidos en tiempo y forma, en el orden de su recepción:

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

1. DICE:

Table with 4 columns: RENGLÓN, SECCIÓN, BANCO DE SANGRE, and PRUEBAS PROMEDIO MENSUAL. Details specifications for blood bank tests and their monthly frequencies.



Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

DEBE DECIR:

Table with columns: RENGLÓN, SECCIÓN, BANCO DE SANGRE, PRUEBAS PROMEDIO MENSUAL (MINIMOS, MAXIMOS). Includes rows for Tarjeta ABODD and Tarjeta Fenotipo RH/K.

2. EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DE LOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y DEBERAN PRESENTAR CARTA COMPROMISO.

SE DEBERÁ DE CONSIDERAR LA INSTALACIÓN DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA EL BANCO DE SANGRE MEDIANTE UNA CARTA COMPROMISO.

Table for equipment specification: NOMBRE GENÉRICO: RENGLÓN 1 HEMATOLOGÍA MEZCLADOR PARA TUBOS DE HEMATOLOGÍA. Includes description of the hematology tube mixer.

Table for equipment specification: NOMBRE GENÉRICO: RENGLÓN 1 HEMATOLOGIA EQUIPO PORTÁTIL PARA MEDIR HEMOGLOBINA. Includes description of the portable hemoglobin measurement device.

Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

TABLA 1.2 Equipamiento a considerar red fría para el CETS.

DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	CANTIDAD
CONGELADOR DE PLASMA, TEMPERATURA -41°C	460 LTS	2
REFRIGERADOR BANCO DE SANGRE. TEMPERATURA 4°C	425 (450ML/575(350 ML)	2
ULTRACONGELADOR TEMPERATURA -20°C A -86°C	500LTS	1
CONGELADOR RÁPIDO DE PLASMA. TEMPERATURA DE -50°C	30-60 UNIDADES	1
CAJA PARA TRANSPORTE DE BOLSAS DE SANGRE DE 8 LTS.	4 BOLSAS DE 450 ML Y 6 DE 270 ML	3
CAJA PARA TRANSPORTE DE BOLSAS DE SANGRE DE 18 LTS.	8 BOLSAS DE 450 ML Y 14 DE 270 ML	5
CAJA PARA TRANSPORTE DE BOLSAS DE SANGRE DE 24 LTS. C	15 BOLSAS DE 450 ML Y 25 DE 270 ML	1
CAJA DE TRANSPORTE ACTIVO DE BOLSA DE SANGRE DE 43 L...	30 BOLSAS DE 450 ML Y 50 DE 270 ML	4
CENTRIFUGA REFRIGERADA (-20 -50°C)	12 BOLSAS /6 LITROS	1

3. ACLARACIÓN CON RESPECTO A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS GENERADOS POR EL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

TODA LA INFORMACIÓN GENERADA O RECOPIADA POR EL SISTEMA INFORMACIÓN ES PROPIEDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, MISMA QUE DEBERA CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS. ASI MISMO SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR O REQUERIR INFORMACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO AL LICITANTE ADJUDICADO. A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO SE LE PROPORCIONARA MEDIANTE ESCRITO EL FORMATO DE RESPALDO ASI COMO LOS CAMPOS MINIMOS INDIPENSABLES PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA.

FIN DE ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

PREGUNTAS

01.- LABORATORIOS LICON, S.A. (10)

- NUMERAL 16.** PROPUESTA TÉCNICA INCISO B) COPIA SIMPLE, LEGIBLE Y DEBIDAMENTE REFERENCIADA CON NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL "LICITANTE", NÚMERO DE LICITACIÓN, APARTADO, TABLA, NÚMERO DE RENGLÓN Y SECCIÓN DEL 100% DE LOS REGISTROS SANITARIOS VIGENTES (ANVERSO Y REVERSO) Y/O TRAMITE DE PRÓRROGA, CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015, CERTIFICADO DE LIBRE VENTA, FDA, O EL EQUIVALENTE, OTORGADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PAÍS DE ORIGEN, PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS RENGLONES Y SUS EQUIPOS EN COMODATO DE LA TABLA 1 PARTIDA ÚNICA, INCLUYENDO REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADOR, EXPEDIDOS POR COFEPRIS. EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO Y DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA ANTE COFEPRIS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS INSUMOS, QUE DEBIDO A SU NATURALEZA NO REQUIEREN DE UN REGISTRO SANITARIO, SE PRESENTE EL "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

8

Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

**Respuesta: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

2. **NUMERAL 16.** PROPUESTA TÉCNICA INCISO B) COPIA SIMPLE, LEGIBLE Y DEBIDAMENTE REFERENCIADA CON NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL "LICITANTE", NÚMERO DE LICITACIÓN, APARTADO, TABLA, NÚMERO DE RENGLÓN Y SECCIÓN DEL 100% DE LOS REGISTROS SANITARIOS VIGENTES (ANVERSO Y REVERSO) Y/O TRAMITE DE PRÓRROGA, CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015, CERTIFICADO DE LIBRE VENTA, FDA, O EL EQUIVALENTE, OTORGADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PAÍS DE ORIGEN, PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS RENGLONES Y SUS EQUIPOS EN COMODATO DE LA TABLA 1 PARTIDA ÚNICA, INCLUYENDO REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADOR, EXPEDIDOS POR COFEPRIS. EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO Y DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA ANTE COFEPRIS **SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERA PRESENTAR ISO 13485:2016, CERTIFICADO DE LIBRE VENTA, FDA, CE, O TUV ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

**Respuesta: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.**

3. **ANEXO TÉCNICO 1 (ANEXO TÉCNICO MÉDICO).** PARTIDA UNICA, CATALOGO DE INSUMOS (APARTADO 1) TABLA 1. CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS PARA BANCO DE SANGRE. RENGLÓN 2. INMUNOHEMATOLOGÍA. CASETE ABODD (ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D, ANTI D, CONTROL). **SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TARJETAS DE GEL DE 8 MICROPOZOS PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO QUE REALICEN LAS DETERMINACIONES ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI D, CONTROL, GRUPO INVERSO A1, B, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**

**RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIEMPRE QUE INCLUYAN TODOS LOS FENOTIPOS SOLICITADOS.**

4. **ANEXO TÉCNICO 1 (ANEXO TÉCNICO MÉDICO).** PARTIDA UNICA, CATALOGO DE INSUMOS (APARTADO 1) TABLA 1. CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS PARA BANCO DE SANGRE. RENGLÓN 2. INMUNOHEMATOLOGÍA. CASETE FENOTIPO RH/K (ANTI-C, ANTI-C, ANTI-E, ANTI-E, ANTI-K, CONTROL) **SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TARJETAS EN TECNOLOGÍA DE GEL DE 8 MICROTUBOS PARA DETERMINACIÓN DEL FENOTIPO DEL SISTEMA RH KELL (ANTI D<sup>VI</sup>, ANTI-C, ANTI-c, ANTI-E, ANTI-e, ANTI-K, C<sup>W</sup>, CONTROL). ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**

**RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIEMPRE QUE INCLUYAN TODOS LOS FENOTIPOS SOLICITADOS.**

5. **ANEXO TÉCNICO 1 (ANEXO TÉCNICO MÉDICO).** PARTIDA UNICA, CATALOGO DE INSUMOS (APARTADO 1) TABLA 1. CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS PARA BANCO DE SANGRE. RENGLÓN 2. INMUNOHEMATOLOGÍA. AHG POLY (GLOBULINA ANTI-HUMANA ANTI-IGG-C3D POLIESPECIFICA) **SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TARJETAS EN TECNOLOGÍA DE GEL DE 8 MICROTUBOS PARA DETERMINACIÓN DE COOMBS POLIESPECÍFICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**

**RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIEMPRE QUE INCLUYAN TODOS LOS FENOTIPOS SOLICITADOS.**

6. **ANEXO TÉCNICO 1 (ANEXO TÉCNICO MÉDICO).** PARTIDA UNICA, CATALOGO DE INSUMOS (APARTADO 1) TABLA 1.1 INSUMOS INMUNOHEMATOLOGÍA PANEL DE DOS CÉLULAS. **SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERA DE INCLUIR CÉLULA DIEGO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

7. **ANEXO TÉCNICO 1 (ANEXO TÉCNICO MÉDICO).** TABLA 1.3. CÉDULA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS EN COMODATO REQUERIDOS DEL BANCO DE SANGRE (C.E.T.S) Y UNIDADES AUXILIARES. RENGLÓN 1. HEMATOLOGÍA. EQUIPO PORTATIL PARA MEDIR HEMOGLOBINA. **SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA**

Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

**CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON UN METODOLOGÍA NO INVASIVA EL CUAL NO REQUIERE DE CONSUMIBLES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**

**RESPUESTA: SE ACEPTA, SIENDO SUSCEPTIBLE A EVALUACIÓN TÉCNICA Y SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.**

8. **ANEXO TÉCNICO 1 (ANEXO TÉCNICO MÉDICO). TABLA 1.3. CÉDULA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS EN COMODATO REQUERIDOS DEL BANCO DE SANGRE (C.E.T.S) Y UNIDADES AUXILIARES. RENGLÓN 1. HEMATOLOGÍA. EQUIPO PORTATIL PARA MEDIR HEMOGLOBINA. AMPLIO RANGO DE MEDICIÓN DE HB DE 0 - 25.6 g/dL SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 6 – 18 g/dl ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**

**RESPUESTA: VER ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE.**

9. **ANEXO TÉCNICO 1 (ANEXO TÉCNICO MÉDICO). TABLA 1.3. CÉDULA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS EN COMODATO REQUERIDOS DEL BANCO DE SANGRE (C.E.T.S) Y UNIDADES AUXILIARES. RENGLÓN 1. HEMATOLOGÍA. EQUIPO PORTATIL PARA MEDIR HEMOGLOBINA. LOS EQUIPOS PARA ENTREGAR DEBEN SER NUEVOS O NO MAYORES A 2 AÑOS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN OPTIMAS CONDICIONES CON UNA ANTIGÜEDAD DE 3 AÑOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?**

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.**

10. **CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN (APARTADO 2) REPORTE DE INCIDENCIAS NUMERAL 25 EL TIEMPO DE RESPUESTA NO DEBE SER MAYOR DE 2 HORAS A PARTIR DE LA GENERACIÓN DEL REPORTE SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER, QUE LAS DOS HORAS DE RESPUESTA ES PARA DAR UN DIAGNOSTICO VÍA TELEFONICA, PREVIO AL SERVICIO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.**

**02.- BIODIST, S.A. DE C.V. (17)**

No.	Numeral de las especificaciones técnicas	Pregunta y/o aclaración	Respuesta
1	Numeral 5.1 16.2 inciso hh)	Solicitamos a la convocante, solamente por motivos de referencia, considere la entrega únicamente las hojas de los manuales en donde se encuentre la referencia de las especificaciones; y en caso de resultar favorecido en el presente evento se entregarán los manuales completos en digital; ¿se acepta?	<b>SE ACEPTA CON FINES DE REFERENCIACIÓN INCLUIR EN LA PROPUESTA TECNICA LAS HOJAS DE LOS MANUALES QUE CONTENGAN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS, DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS MANUALES DEL FABRICANTE DE FORMA COMPLETA Y EN FISICO.</b>
2	9. Aspectos adicionales Numeral 9.1	Se solicita a la convocante confirme que se podrá presentar firma del representante legal, únicamente en la última hoja de cada documento en la parte destinada para ello. Favor de confirmar	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b>

Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

3	<b>Numeral 10.5 16.2 inciso g)</b>	Se solicita a la convocante permita presentar el certificado iso 13485:2016 del fabricante de los bienes a ofertar o certificado de libre venta, fda, o el equivalente de acuerdo con el país de origen. ¿se acepta?	<b>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE PODRA PRESENTAR ISO 13485:2016 EN CUMPLIMIENTO AL INCISO G). EL CERTIFICADO DE LIBRE VENTA, FDA, O EL EQUIVALENTE DE ACUERDO CON EL PAÍS DE ORIGEN ES UNO DE LOS REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR OBLIGATORIAMENTE CADA UNO DE LOS LICITANTES POR CUANTO AL INCISO B).</b>
4	<b>16.2 inciso f)</b>	Se solicita a la convocante confirmar que bastará con presentar carta de respaldo del fabricante o del filial en México o titular del registro o importador primario o distribuidor autorizado. Favor de confirmar	<b>SE DEBERAN PRESENTAR CARTAS ORIGINALES CONFORME A LO SOLICITADO EN EL INCISO F).</b>
5	<b>16.2 inciso z)</b>	Dado que estos documentos pueden ser obtenidos una vez instalados los equipos, solicitamos a la convocante que, para dar cumplimiento a lo solicitado, nos permita presentar escrito bajo protesta de decir verdad que se entregara en caso de resultar adjudicado y a la entrega. ¿se acepta?	<b>SE ACEPTA LA PROPUESTA.</b>
6	<b>16.2 inciso ee)</b>	Se solicita a la convocante confirmar que para dar cumplimiento con este numeral se deberá anexar documental que acredite la propiedad de los equipos o carta bajo protesta de decir verdad del fabricante o filial en México o titular del registro o importador primario o distribuidor autorizado en el que garantiza la cantidad, calidad y autenticidad de los equipos. ¿es correcta nuestra apreciación?	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b>
7	<b>Numeral 25.5</b>	En caso de resultar con adjudicación se deberá presentar fianza de cumplimiento del contrato, por el 20% del monto total del contrato. ¿ese porcentaje del 20% deberá incluir el i.v.a.?	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</b>
8	<b>16.2 inciso b)</b>	Solicitamos a la convocante que para dar cumplimiento a este requisito y para el caso de aquellos bienes ofertados que no requieran de registro sanitario bastará con presentar copia del diario oficial de la federación publicado en 2014 del "acuerdo por el cual se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como bajo riesgo para efecto de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", referenciando dichos insumos. ¿se acepta? Favor de aclarar.	<b>SE ACEPTA LA PROPUESTA IDENTIFICANDO CADA INSUMO.</b>
9	<b>17. Propuesta económica</b>	En el formato de la propuesta económica y en la tabla 1 partida única, está la columna correspondiente a "pruebas promedio mensual", se solicita a la convocante aclarar si estas son las cantidades consideradas para cubrir la vigencia de la prestación del servicio (desde la firma del contrato, y hasta el 31 de diciembre del ejercicio 2023), ¿o como lo marca la misma columna están consideradas únicamente las cantidades mensuales? Favor de aclarar.	<b>SON CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS MENSUALES</b>

Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

10	<b>17. Propuesta económica</b>	Es correcto entender que la "cantidad promedio mensual" deberá multiplicarse por el número de meses que dure la prestación del servicio, con la finalidad de proporcionar a la convocante una cotización total del mismo. ¿es correcta nuestra apreciación?	<b>FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 17.3 Y 17.4 DE LAS BASES.</b>
11	<b>16.2 inciso a)</b>	Es correcto entender que para el cumplimiento de este punto se requisitarán solamente las fichas técnicas debidamente referenciadas. ¿es correcta nuestra apreciación?	<b>NO ES CORRECTO. LA PROPUESTA TECNICA ES EN FORMATO LIBRE SIEMPRE APEGANDOSE AL NUMERAL 16.2 Y AL NUMERAL 10.1 DE LAS BASES.</b>
12	<b>Tabla 1.3 renglón 1 hematología equipo automatizado alto rendimiento.</b>	Se solicita a la convocante aceptar equipos con muestras mayores a 60 microlitros toda vez que en el mercado existe una variedad de equipos que no afectan la calidad de los resultados pediátricos, pero necesitan una muestra mayor a 60 microlitros, además de considerar que este servicio regularmente no requiere de muestras ni pediátricas ni geriátricas por la naturaleza de este, dentro del perfil de donadores no se encuentran pacientes pediátricos o geriátricos. ¿se acepta?	<b>SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS DEMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, Y SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</b>
13	<b>Descripción técnica del sistema informático</b>  <b>Tabla 2 especificaciones del sistema informático</b>  Sistema para campañas de donación sin necesidad de conexión on line a los servidores del centro.	Existe tecnología que permite la transmisión de esta información en tiempo real con tecnologías superiores a la solicitado y sin afectar los costos al instituto. Se solicita se acepte que la comunicación pueda ser en tiempo real y mediante tecnologías superiores a la solicitada en beneficio del instituto y del derechohabiente. ¿se acepta?	<b>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA POR CUESTION DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.</b>
14	<b>Descripción técnica del sistema informático</b>  <b>Tabla 2 especificaciones del sistema informático</b>  <b>Módulo de cabecera de paciente</b>  <b>Funcionalidad de registro de extracción de muestra pretransfusional</b>  Esta funcionalidad deberá correr sobre un sistema que garantice su funcionamiento incluso sin conexión a red informática, por lo tanto, se descartan sistemas basados en tecnología web	Existe tecnología que permite la transmisión de esta información en tiempo real con tecnologías superiores a la solicitado y sin afectar los costos al instituto. Se solicita se acepte que la	<b>NO SE ACEPTA. UNA TECNOLOGÍA EN TIEMPO REAL REQUIERE DE UNA INFRAESTRUCTURA WIFI ESTABLE EN TODA LA UNIDAD MEDICA HOSPITALARIA. ADEMAS LAS REDES WIFI SON</b>



Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

	<p><b>Control de seguridad transfusional en cabecera de paciente</b></p> <p>Esta funcionalidad deberá correr sobre un sistema que garantice su funcionamiento incluso sin conexión a red informática, por lo tanto, se descartan sistemas basados en tecnología web.</p> <p><b>Cierre de la transfusión y notificación de reacciones en cabecera</b></p> <p>Esta funcionalidad deberá correr sobre un sistema que garantice su funcionamiento incluso sin conexión a red informática, por lo tanto, se descartan sistemas basados en tecnología web.</p>	<p>comunicación pueda ser en tiempo real y mediante tecnologías superiores a la solicitada en beneficio del instituto y del derechohabiente. ¿se acepta?</p>	<p><b>SUSCEPTIBLES DE MAL FUNCIONAMIENTO EN CONJUNTO CON EQUIPOS MEDICOS DE AREAS CRITICAS.</b></p>
<p>15</p>	<p><b>Renglón 2 inmunohematología equipo automatizado alto rendimiento.</b></p>	<p>Las características solicitadas limitan la libre competencia y comprometen la calidad del servicio al existir en el mercado tecnologías distintas superiores. Se solicita reconsiderar las características para poder ofertar mejores equipos en beneficio de los usuarios y pacientes. ¿se acepta?</p>	<p><b>LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS CORRESPONDEN A LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS INDISPENSABLES QUE DEBERA CUBRIR COMO MINIMO CUALQUIER PARTICIPANTE.</b></p>
<p>16</p>	<p>Equipo en comodato renglón 4 serología equipo automatizado para pruebas confirmatorias de hcv, hiv 1 y 2 y sífilis.</p> <p>La descripción solicitada es específica de una marca con la finalidad de permitir la libre participación solicitamos nos permita ofertar equipo con la siguiente descripción:</p> <p>Instrumento compacto fácil de usar, tiene como característica robótica de pipeteo que maneja cada paso de los protocolos para la valoración de las tiras.</p> <p>Equipo programable para uso con todos los western blot y con los procedimientos de ensayo inmunológico en tiras.</p> <p>Dispensa y aspira hasta 20 tiras en 90 segundos.</p> <p>El ensayo automatizado se ejecuta de manera rápida sin intervención del operador después de la adición de muestras y controles.</p> <p>Para confirmar hiv y hcv.</p> <p>Reactivo para hiv 18 determinaciones, con control negativo y control positivo.</p> <p>Reactivo para hcv 24 determinaciones con control positivo y negativo</p> <p>Reactivo para prueba manual tpha sífilis detección cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos contra treponema pallidum en suero o plasma humanos por hemaglutinación. Con control positivo y control negativo. 200 pruebas.</p>	<p>Las características solicitadas corresponden al equipo de una casa comercial específica y que no cuenta con evaluaciones necesarias por instituciones reconocidas en el área de la salud como el indre, centro nacional de transfusión sanguínea. Se solicita a la convocante, para cumplir con la nom. 253 de banco de sangre y contar con los reactivos que garantizan el cumplimiento de los estándares de calidad solicitados se nos acepten reactivos diferentes para hacer estas pruebas confirmatorias. ¿se acepta?</p>	<p><b>LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS CORRESPONDEN A LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS INDISPENSABLES QUE DEBERA CUBRIR COMO MINIMO CUALQUIER PARTICIPANTE. EN ESTE CASO ES IMPRESCINDIBLE QUE EN EL EQUIPO AUTOMATIZADO SE REALICEN LOS 3 MARCADORES EN LAS MISMAS CONDICIONES.</b></p>



Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

Table with 4 columns: No, Anexo, Descripción, and Respuesta. Row 17: Anexo 4 numeral 26, Es correcto entender que este numeral corresponde al inciso x), recorriendo así los numerales siendo el último el numeral 40 archivo electrónico usb o cd en formato de excel. ¿es correcta nuestra apreciación?, ES CORRECTA SU APECIACIÓN

03.- DICIPA, S.A DE C.V. (39)

Main table with 3 columns: No, PREGUNTAS, and RESPUESTAS. Contains 5 rows of questions and answers regarding technical proposals and sanitary records.



Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

	manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado se entregará cartas de apoyo en original. ¿Se acepta nuestra solicitud?	<b>BASES.</b>
6	<b>16. Propuesta Técnica</b> <b>16.2 Inciso P) ...anexar copia simple de cuando menos un "Contrato" similar...</b> Solicitamos a la convocante que, para dar cumplimiento a lo solicitado en el punto de referencia, nos permita presentar contrato sin precios e importes, ya que es información confidencial. ¿Se acepta nuestra propuesta?	<b>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTES PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES</b>
7	<b>16. Propuesta Técnica</b> <b>16.2 Inciso P) ...anexar copia simple de cuando menos un "Contrato" similar...</b> Con la finalidad de que nuestra propuesta no sea más robusta, solicitamos a la convocante nos permita presentar solo el clausulado de la copia del contrato, considerando las condiciones solicitadas, ya que algunos contratos con sus anexos se conforman de más de 500 hojas, esto considerando el punto de referencia, de las bases de la presente licitación ¿Se acepta?	<b>FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 16.2 INCISO P) DE LAS BASES.</b>
8	<b>16. Propuesta Técnica</b> <b>16.2 Inciso U) ... manifiesten bajo protesta de decir verdad, que es una persona física con discapacidad o bien tratándose de empresas, que en su planta laboral cuentan cuando menos con personal con capacidades diferentes...</b> Se solicita a la convocante, que, para dar cumplimiento con este numeral, permita presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que mi representada manifieste que no le aplica este inciso por no contar con personal con discapacidad. ¿Se acepta?	<b>APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE</b>
9	<b>6. Propuesta Técnica</b> <b>16.2 Inciso V) ... manifieste bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad preponderante del "Licitante" coincide con el objeto de la presente licitación, debiendo adjuntar copia de la cédula de situación fiscal.</b> Es correcto entender que, para dar cumplimiento a lo solicitado, bastara que la constancia de situación fiscal indique "Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico", ya que los bienes objeto del presente procedimiento son contemplados dentro de este rubro. ¿Es correcta nuestra apreciación?	<b>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. PARA EFECTOS DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS BASTARA CON PRESENTAR LA CARTA SOLICITADA EN EL INCISO V) ASI COMO LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.</b>
10	<b>16. Propuesta Técnica</b> <b>16.2 Inciso X) Carta compromiso en papel membretado del "Licitante" en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que los "Bienes/Insumos" son de origen nacional o cumplen con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio conforme a los formatos (opción 1), (opción 2) y (opción 3)</b> <b>Modelos de Escrito 16.2</b> <b>Documento X (opción1, opción 2, opción 3)</b> Es correcto entender que para el llenado del modelo del documento X, se debe indicar el número del renglón y no así de la partida, ya que la adjudicación es para partida única. ¿Es correcta nuestra apreciación?	<b>SI BIEN LA LICITACIÓN CORRESPONDE A UNA PARTIDA ÚNICA, SE DEBERÁ ESTABLECER CON CLARIDAD LOS BIENES A LOS QUE CORRESPONDA CADA OPCIÓN.</b>
11	<b>16. Propuesta Técnica</b> <b>16.2 Inciso Z) El licitante deberá proporcionar un documento de cada uno de los equipos en comodato en donde mencione el adecuado desecho de los residuos biológicos infecciosos generados al final del procesamiento de los equipos en comodato en función al NOM-087-ECOL-SSA1-2002 y al reglamento que marca la SEMARNAT.</b> Solicitamos a la convocante que el documento solicitado en el punto de referencia nos permita presentar carta de fabricante o filial en México o importador primario o titular del registro sanitario o distribuidor autorizado, donde se indique el proceso del manejo de los residuos biológicos infecciosos debido a que, para realizar ese análisis, debe estar instalado el equipo. ¿Se acepta?	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 16.2 INCISO Z.</b>
12	<b>16. Propuesta Técnica</b> <b>16.2 Inciso HH) Presentar los catálogos técnicos de los servicios en español...</b> <b>Solicitamos a la convocante nos permita referenciar</b> Para dar una mejor certeza que las características técnicas solicitadas cumplan, solicitamos a la convocante nos permita referenciar en catálogos técnicos, insertos,	<b>SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS ESTEN DEBIDAMENTE</b>



Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

	hojas de manuales de usuario y en caso de resultar favorecido en el presente evento se entregarán los manuales completos. ¿Se acepta?	IDENTIFICADAS
13	<b>17. Propuesta Económica</b> Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto que dentro del formato de propuesta económica se indiquen tanto el subtotal de la cantidad mínima, y el subtotal de la cantidad máxima. ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
14	<b>17. Propuesta Económica</b> Solicitamos a la convocante nos aclare, si la cantidad indicada en la columna Pruebas promedio mensual, debe ser multiplicada por los meses de prestación del servicio (a la firma del contrato y hasta el 31 de Diciembre de 2023). ¿Es correcta nuestra apreciación?	SON CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS MENSUALES.
15	<b>Tabla 1.3 Cedula técnica de los equipos en comodato requeridos del Banco de Sangre (CETS) y unidades auxiliares, renglón 1 hematología equipo automatizado alto rendimiento, analizador de biometría hemática solicitan volumen de muestra no mayor a 60 micro litros,</b> Solicitamos a la convocante se acepte una muestra no mayor a 90 microlitros toda vez que la muestra es comparable y da el mismo nivel de sensibilidad de los resultado en los pacientes pediátricos y geriátricos. ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS DEMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, Y SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
16	<b>Tabla 1.3 cedula técnica de los equipos en comodato requeridos del Banco de Sangre (CETS) y unidades auxiliares, renglón 1 hematología equipo automatizado alto rendimiento, analizador de biometría hemática solicitan Rs 232 host transmisión,</b> Solicitamos se acepte que el instrumento cuente con la capacidad de conectarse a un ordenador, que es lo equivalente a lo solicitado, realizando las mismas funciones. ¿Se acepta?	SE ACEPTA PROPUESTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
17	<b>Descripción técnica del sistema informático</b> <b>Tabla 2 Especificaciones del sistema informático</b> <b>Scanner de huella digital del donador para una rápida localización de donadores ya existentes en la base de datos. Debe mostrar de manera inmediata los datos generales del donador encontrado.</b> Solicitamos amablemente al convocante nos aclare cuál será el uso de la huella digital ¿cómo herramienta de verificación o búsqueda del donante?	AMBAS FUNCIONALIDADES SON REQUERIDAS.
18	<b>Descripción técnica del sistema informático</b> <b>Tabla 2 Especificaciones del sistema informático</b> <b>Control de seguridad transfusional en cabecera de paciente</b> Con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto precio, calidad, oportunidad, financiamiento y demás características convenientes como lo plantea las presentes bases y con la finalidad de mantener la seguridad transfusional, así como permitir la libre participación considerando que un solo proveedor cumple esta especificación y se está comprometiendo la respuesta oportuna en caso de incidencias transfusionales, solicitamos amablemente a la convocante sea considerada la plataforma WEB y no descartada considerando que es una tecnología superior y actual que permite actualización en tiempo real garantizando una respuesta oportuna en caso de incidencias. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. UNA TECNOLOGÍA EN PLATAFORMA WEB CON REDES WIFI SON SUSCEPTIBLES DE MAL FUNCIONAMIENTO EN CONJUNTO CON EQUIPOS MEDICOS DE AREAS CRITICAS
19	<b>Descripción técnica del sistema informático</b> <b>Tabla 2 Especificaciones del sistema informático</b> <b>Uso de la huella digital del donador como sistema de identificación en las distintas etapas del proceso de donación (toma de muestra, entrevista médica y sangrado)</b> Con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto precio, calidad, oportunidad, financiamiento y demás características convenientes como lo plantea las presentes bases, solicitamos amablemente al convocante permitir ofertar tecnología superior a través de reconocimiento facial, lo cual permitiría un proceso más ágil evitando dobles muestras o errores por ilegibilidad de huella. ¿Se acepta?	EL REQUISITO DE HUELLA DIGITAL ES REQUISITO INDISPENSABLE YA QUE OBEDECE A LA INFORMACIÓN HISTÓRICA CON LA QUE CUENTA EL CETS, POR LO QUE SE DEBE GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA Y PRESERVACIÓN DE DATOS REGISTRADOS. CADA LICITANTE DEBERA OFERTAR COMO MÍNIMO EL SISTEMA DE HUELLA DIGITAL, CON LA OPCIÓN DE OFERTAR ADEMÁS EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL.



Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

20	<p><b>Descripción técnica del sistema informático</b>  <b>Tabla 2 Especificaciones del sistema informático</b>  <b>Módulo de solicitud electrónica de transfusión sanguínea</b>          Se solicita amablemente al convocante nos aclare si se deberán de considerar las licencias para los servicios de transfusión considerando que estas instituciones actualmente operan como entes independientes. Favor de pronunciarse.</p>	<p><b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE DEBERAN CONSIDERAR 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA LOS SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN.</b></p>
21	<p><b>Descripción técnica del sistema informático</b>  <b>Tabla 2 Especificaciones del sistema informático</b>  <b>Módulo de solicitud electrónica de transfusión sanguínea</b>          En caso de que la pregunta anterior sea afirmativa solicitamos si ¿Los servicios de transfusión compartirán la información con el Centro Estatal para que se pueda generar este proceso? Favor de pronunciarse.</p>	<p><b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b></p>
22	<p><b>Descripción técnica del sistema informático</b>  <b>Tabla 2 Especificaciones del sistema informático</b>  <b>Módulo de solicitud electrónica de transfusión sanguínea</b>          Solicitamos amablemente al convocante nos aclare si, ¿Los servicios de transfusión permitirán utilizar la red de internet actual? Favor de aclarar.</p>	<p><b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b></p>
23	<p><b>Descripción técnica del sistema informático</b>  <b>Tabla 2 Especificaciones del sistema informático</b>  <b>Módulo de solicitud electrónica de transfusión sanguínea</b>          Solicitamos amablemente al convocante nos aclare para los servicios de transfusión ¿Quién proporcionará el hardware necesario para el proyecto?</p>	<p><b>DEBERA CONSIDERARSE EN LA PROPUESTA DE CADA LICITANTE EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN.</b></p>
24	<p><b>Descripción técnica del sistema informático</b>  <b>Tabla 2 Especificaciones del sistema informático</b>  <b>Módulo de solicitud electrónica de transfusión sanguínea</b>          • Dicho entorno debe poderse incorporar en la historia clínica electrónica del centro mediante una liga al entorno web de la petición de transfusión de banco de sangre.          Se solicita amablemente a la convocante nos aclare el protocolo de comunicación para realizar esta interfaz. Favor de aclarar.</p>	<p><b>MEDIANTE PROTOCOLO HTTP</b></p>
25	<p><b>Descripción técnica del sistema informático</b>  <b>Tabla 2 Especificaciones del sistema informático</b>  <b>Módulo de solicitud electrónica de transfusión sanguínea</b>  <b>Laboratorio</b>          • <b>Módulo de laboratorio con gestión de citas para procedimientos especiales.</b>          Se solicita al convocante nos aclare a qué se refiere con procedimientos especiales. Favor de aclarar.</p>	<p><b>PROCEDIMIENTOS QUE PUEDAN REALIZARSE EN EL BANCO COMO POR EJEMPLO AFÉRESIS, SANGRÍAS TERAPÉUTICAS, ENTRE OTROS PROCEDIMIENTOS A NECESIDAD DEL CETS.</b></p>
26	<p><b>Descripción técnica del sistema informático</b>  <b>Tabla 2 Especificaciones del sistema informático</b>  <b>Módulo de calidad</b>          Se solicita amablemente a la convocante nos aclare qué parámetros y qué información debe estar contenida en este módulo de calidad. Favor de aclarar,</p>	<p><b>LOS PARAMETROS E INFORMACIÓN REQUERIDA ESTAN DESCRITOS EN LA TABLA 2 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA INFORMÁTICO, APARATO LABORATORIO.</b></p>
27	<p><b>Descripción técnica del sistema informático</b>  <b>Tabla 2 Especificaciones del sistema informático</b>  <b>Sistema para campañas de donación sin necesidad de conexión on line a los servidores del centro.</b>          Con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto precio, calidad, oportunidad, financiamiento y demás características convenientes como lo plantea las presentes bases, se solicita amablemente a la convocante aceptar una tecnología superior para visibilizar la información en tiempo real ¿Se acepta?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA POR CUESTION DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.</b></p>



Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

Table with 3 columns: Item Number, Description, and Response. Contains items 28, 29, 30, 31, and 32 regarding technical specifications and equipment for a blood bank system.



Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

Table with 2 main columns: 'Unidades Auxiliares EQUIPO EN COMODATO' and 'SU PROPUESTA'. Rows 33-37 contain specific questions and responses regarding equipment specifications and proposals.



Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

	control negativo. 200 pruebas. Considerando que los reactivos propuestos cuentan con evaluaciones necesarias por instituciones reconocidas en el área de la salud como el INDRE, Centro Nacional de Transfusión Sanguínea y cumplen con lo indicado en la NOM 253 de banco de sangre, solicitamos aceptar estos reactivos que ya cuentan con las evaluaciones mencionadas. Favor de confirmar que nos aceptan estos reactivos.	
38	<b>Equipo en comodato Renglón 5.</b> <b>fraccionamiento equipo de alto rendimiento para fraccionar bolsas con sangre.</b> Solicitan equipo portátil, incluye fuentes de alimentación y almacenamiento de memoria adecuados para las extracciones móviles e in situ, es correcto entender que dicho punto no aplica para el equipo fraccionador ya que un fraccionador no se ocupa en extracciones móviles. ¿Es correcta nuestra apreciación?	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b>
39	<b>"ANEXO" TÉCNICO1 ("ANEXO" TÉCNICO MÉDICO)</b> <b>PARTIDA ÚNICA</b> <b>CATÁLOGO DE INSUMOS (APARTADO 1)</b> <b>TABLA 1.3 Cédula técnica de los equipos en comodato requeridos del Banco de Sangre (C.E.T.S) y Unidades Auxiliares</b> <b>EQUIPO EN COMODATO</b> <b>RENGLÓN 2 INMUNOHEMATOLOGÍA EQUIPO AUTOMATIZADO ALTO RENDIMIENTO</b> <b>"ANEXO" TÉCNICO1 ("ANEXO" TÉCNICO MÉDICO)</b> <b>PARTIDA ÚNICA</b> <b>CATÁLOGO DE INSUMOS (APARTADO 1)</b> <b>Tabla 1 Cantidades y características de las pruebas para Banco de sangre</b> <b>RENGLON 2</b> <b>INMUNOHEMATOLOGIA</b> <b>CASETE ABODD (ANTI-A, ANTI.B, ANTI-AB, ANTI-D, ANTI D, CONTROL)</b> <b>CASETE FENOTIPO RH/K (ANTI-C, ANTI-C, ANTI-E, ANTI-E, ANTI-K, CONTROL)</b> <b>AHG POLY (GLOBULINA ANTI-HUMANA ANTI-IGG-C3D POLIESPECIFICA</b> Dentro de la estructura para las pruebas se está solicitando una tecnología y para el equipamiento otra no compatible, ¿debemos de considerar que podemos ofertar ambas con su respectiva tecnologías tanto en equipo como en reactivo? Considerando que de otra forma se estarían cambiando sustancialmente las bases favoreciendo a un proveedor. Solicitamos a la convocante que se pronuncie.	<b>VER ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE.</b>

**04.- ALQUIMIA MÉDICA S. A. P. I. DE C.V. (10)**

**1. CAPÍTULO PRIMERO. -ASPECTOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 16.Propuesta Técnica. G) "...Normas Oficiales Mexicanas aplicables..."**

Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare se podrá presentar ISO 13485 Norma Internacional referente a dispositivos médicos. ¿Es correcta nuestra apreciación?

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

**2. CAPÍTULO PRIMERO. -ASPECTOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 16.Propuesta Técnica. Z)**

**El licitante deberá proporcionar un documento de cada uno de los equipos en comodato en donde mencione el adecuado desecho de los residuos biológicos infecciosos generados al final del procesamiento de los equipos en comodato en función al NOM-087-ECOL-SSA1-2002 y al reglamento que marca la SEMARNAT.**

Solicitamos amablemente a la Convocante en cumplimiento a este punto, nos permita entregar como parte de la Propuesta técnica carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado del "Licitante" en donde manifieste que, en caso de resultar adjudicado, se proporcionará al momento de la instalación de cada uno de los equipos en comodato la documental en donde mencione el adecuado manejo de los residuos biológicos infecciosos generados al final del procesamiento de los equipos en comodato en función a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 y al "Reglamento" que marca la SEMARNAT. ¿Se acepta nuestra propuesta?

**RESPUESTA: ESA PREGUNTA YA FUE RESPONDIDA EN LA PREGUNTA 5 DEL LICITANTE BIODIST.**

Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

**3. CAPÍTULO PRIMERO. -ASPECTOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 16.Propuesta Técnica HH) Presentar los catálogos técnicos de los servicios en español (equipos en comodato para procesos analíticos, reactivos, controles y calibradores) con objeto de referenciación de las características técnicas de los bienes a ofertar e incluirse obligatoriamente dentro de la propuesta técnica.**

Solicitamos amablemente a la Convocante que en caso de que la referencia de la característica técnica solicitada de los equipos en comodato se encuentre en los Manuales del fabricante, este se pueda presentar anexando solamente la página o páginas que la contenga, con una Carta bajo Protesta de Decir verdad de que esta o estas páginas forman parte del Manual original del Fabricante, y en caso de solicitarlo la convocante se podrá entregar el Manual completo para su cotejo. ¿Se acepta nuestra propuesta?

**RESPUESTA: VER RESPUESTA A LA PREGUNTA 12 DE LA EMPRESA DICIPA.**

**4. "ANEXO" TÉCNICO1 (ANEXO TÉCNICO MÉDICO). PARTIDA ÚNICA. CATÁLOGO DE INSUMOS (APARTADO 1) Tabla 1.1 Insumos y Tabla 1.2 Equipamiento a considerar red fría para el CETS.**

Es correcto entender que bastará con entregar Carta Compromiso Bajo Protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado lo descrito en ambas Tablas se entregará en las condiciones y cantidades mencionadas. ¿Es correcta nuestra apreciación?

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. VER ACLARACIÓN DE LA CONVOCANTE.**

**5. TABLA 1.3 Cédula técnica de los equipos en comodato requeridos del Banco de Sangre (C.E.T.S) y Unidades Auxiliares. EQUIPO EN COMODATO.**

Solicitamos amablemente a la Convocante, que aquellos puntos solicitados, que no corresponden a especificaciones técnicas de los equipos se puedan referenciar con una carta compromiso que se cumplirán en caso de resultar adjudicados., Ej.

- Contar con un programa de control de calidad interno y externo.
- Se deberá de proporcionar un mezclador de tubos como equipo complementario.
- Entregará todos los consumibles necesarios para realizar todas las pruebas de acuerdo con la marca del equipo ofertado, (tóner, hojas, etiquetas para tubo por donador, etc.).
- Capacitación del personal del área

¿Es correcta nuestra apreciación?

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

**6. Descripción técnica del sistema informático. Tabla 2 Especificaciones del sistema informático.**

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita enumerar las especificaciones de la esta tabla con la finalidad de facilitar las referencias.

¿Se acepta nuestra petición?

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN**

**7. Descripción técnica del sistema informático. Tabla 2 Especificaciones del sistema informático.**

Tabla 3 Hardware

Se marca una interface para ALMACEN. Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare en que consiste dicha interface, y si esta es una conexión a un software o un equipo en especial.

Favor de aclarar

**SE REFIERE UN SOFTWARE CON LA CADACIDAD DE LLEVAR A ACABO DE EL REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS CONSUMIBLES.**

**8. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN (APARTADO 2)**

**13. La empresa adjudicada cubrirá el costo del traslado de la información entre sistemas informáticos para dar continuidad a la información que el centro estatal de la transfusión sanguínea ha recabado durante su funcionamiento con sistema informático**



**SERVICIOS  
DE SALUD**

Servicios de Salud de Morelos  
Dirección de Administración  
Subdirección de Recursos Materiales  
Departamento de Adquisiciones

Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

CARGO Y NOMBRE	FIRMA
Subdirector de Recursos Materiales de Servicios de Salud de Morelos <b>C.P. Josué Salazar Tejeda</b>	
Jefe del Departamento de Adquisiciones de Servicios de Salud de Morelos <b>C.P. José Aguilar Cruz</b>	
Representante de la Comisaría Pública en Servicios de Salud de Morelos <b>Lic. Maria de los Ángeles Rojas Pozos</b>	
Representante de la Comisaría Pública en Servicios de Salud de Morelos <b>C.P. Mónica Domínguez Flores</b>	
Representante de la Subdirección Jurídica de Servicios de Salud de Morelos <b>Lic. Alejandro Hernández Romero</b>	
Representante de la Dirección de Atención Médica de Servicios de Salud de Morelos <b>Dr. Omecihuatl Estrada Pérez</b>	
Representante de la Dirección de Atención Médica de Servicios de Salud de Morelos <b>Q.B.P. Alan Zagal Prado</b>	

Y los representantes de las siguientes:

EMPRESAS Y REPRESENTANTES	FIRMA
1.- <b>Biodist, S.A. de C.V.</b> C. Fernando Ignacio Reyes Cano	
2.- <b>Terumo BCT México, S.A. de C.V.</b> C. Marisol Flores Pucheta	
3.- <b>Alquimia Médica S.A.P.I. DE C.V.</b> C. Priscila Vidal Correa	
4.- <b>Laboratorios Licon, S.A.</b> C. María Elena Tejo Rojo	
5.- <b>Dicipa, S.A. DE C.V.</b> C. Jorge Rivera Cabrera	

Hoja de firmas del Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.

*Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Presencial Multianual bajo la Cobertura de Tratados Número LPIT-01-2021, referente a la adquisición del Sistema integral para la realización in situ de pruebas en Banco de Sangre, con equipos automatizados en comodato, suministro de insumos y capacitación.*

Entendemos que esta información es la indicada en el punto 7. De pagina 54 de 129 que dice... Así como la migración de datos (donadores reactivos y candidatos a donar rechazados) de Sistema Informático, en caso de cambio de Sistema. ¿Es correcta nuestra apreciación?

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.**

#### **9. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN (APARTADO 2)**

**13. La empresa adjudicada cubrirá el costo del traslado de la información entre sistemas informáticos para dar continuidad a la información que el centro estatal de la transfusión sanguínea ha recabado durante su funcionamiento con sistema informático.**

Entendemos que esta información que en caso de cambio de sistema, el proveedor del software instalado dará todas las facilidades para que la información esté disponible en un formato Excel o CSV o con campos y la información claramente interpretables, con la finalidad que dicha información pueda ser procesada para el intercambio de datos y con ellos garantizar la migración. ¿Es correcta nuestra apreciación?

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.**

#### **10. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN (APARTADO 2). FOLLETOS Y CATÁLOGOS DE LOS BIENES/INSUMOS**

Si estos se encuentran en el idioma original del Fabricante, solicitamos amablemente a la Convocante se nos permita presentar traducción simple de manuales de usuarios, manuales técnicos, cartas y certificados para las propuestas y las referencias. ¿Se acepta nuestra petición?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE AL NUMERAL 38 DE LAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN (APARTADO 2). FOLLETOS Y CATÁLOGOS DE LOS BIENES/INSUMOS.**

#### **FIN DE PREGUNTAS**

Se reitera a los Servidores Públicos y representantes de las empresas; que el próximo evento consistente en la acreditación de la existencia y personalidad jurídica, entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo el día **08 de junio de 2021**, a las **10:00 horas**, en el **aula de usos múltiples de este Organismo**.

No habrá tolerancia en tiempo para el inicio del evento, por lo que se solicita su puntual asistencia.

Las modificaciones, aclaraciones y observaciones derivadas de la presente junta de aclaraciones y que constan en la presente acta, se entenderán como parte integral de las bases de la licitación, por lo que firman de enterado y conformidad, los que en ella intervinieron.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 34 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, a partir de esta fecha se pone a disposición de los participantes que no hayan asistido, copia de la presente acta en las oficinas del Departamento de Adquisiciones, con domicilio en Callejón Borda, Número 3, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000; por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo cual tendrá efectos de la notificación personal; asimismo se insertará en la siguiente dirección electrónica: <http://www.ssm.gob.mx/portal/jefaturas/licitaciones-adquisiciones.php>, a más tardar el día siguiente al acto y los acuerdos pasarán a formar parte del pliego de requisitos de las presentes "Bases".

El representante de la Comisaría Pública en Servicios de Salud de Morelos manifiesta lo siguiente: La firma del Representante del Órgano Interno de Control en el presente acto, únicamente hace constar su presencia para verificar que se haya cumplido cada una de las etapas del procedimiento y que las mismas se apeguen a las leyes vigentes aplicables.

No habiendo más que hacer constar, siendo las once horas con treinta y siete minutos del día de su inicio, se cierra la presente acta de Junta de Aclaraciones.

Por los Servidores Públicos: